



Hospital Regional Universitario
CARLOS HAYA
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

PRO 01 A Ed 01 Descripción sala de extracciones

MANUAL DE CALIDAD

LABORATORIO CLÍNICO

DESCRIPCIÓN DE LA SALA DE EXTRACCIONES

Código	Fecha emisión/última revisión	Revisado	Aprobado
PRO 01 A Ed 01	18/11/09	Spsor. Rafael Infantes Viano	Dr. Vidal Pérez Valero.
Edición	Fecha próxima revisión		
I			
		Fdo:	Fdo:



Hospital Regional Universitario
CARLOS HAYA
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN DE LA SALA DE EXTRACCIONES

OBJETO :

Permitir el conocimiento de la sala de extracciones del personal de enfermería, sobre todo el de nueva incorporación.

DESARROLLO:

La sala de extracciones del H.M.I se encuentra ubicada en el S.S del Area de Pediatría. El personal accede a la misma por el Servicio de Radiología, mientras que el acceso para el usuario es desde la calle a través de una pasarela en Arroyo de los Angeles s/n.

El horario de las extracciones es desde 8:30-13:30 horas, aunque la sala se abre a las 7:30 horas para que los pacientes cojan número.

La sala consta de:

1) Una sala de espera con:

- Máquina dispensadora de números.
- Asientos para pacientes.
- Dos pantallas para visualizar los números y puerta de entrada.
- Un mostrador de recepción.
- Dos WC.

2) Un pasillo que permite el paso de los pacientes a las distintas salas y que une la sala de espera con la salida de emergencia.

3) Cuatro Salas de Extracciones.

Las cuatro salas están separadas por media mampara y unidas entre sí por un pasillo.

Las salas (1,2 y 3) de adultos constan de:

- Una pantalla pequeña junto a la manivela de la puerta (parte interior) con la que se da acceso a los pacientes, pulsando el recuadro + y además aparece en la misma el nº del paciente que va a entrar.
- Una pantalla pequeña encima del marco superior de la puerta (parte exterior) donde aparece iluminado el nº de entrada del paciente.
- Dos sillones abatibles para el usuario.
- Dos taburetes para el personal de enfermería.
- Dos mesas de trabajo con todo el material necesario.

La sala nº 4 destinada a pediatría consta de:

- Igual número de pantallas que la sala 1,2 y 3.
- Dos camillas.
- Un sillón abatible.
- Tres taburetes.

- Dos mesas de trabajo.
- Un panel con el cuadro eléctrico.
- Regulador de tº de las salas.
- Luz roja de emergencia.

El pasillo que une las salas dispone de:

- Dos fregaderos, uno en cada extremo.
- Porteras y cajoneras para guardar el material.
- Un mostrador con el material (tubos, contenedores, gradillas, etiquetas, resguardos, bandejas...) necesario para preparar y recepcionar muestras.
- Tres neveras portátiles para muestras que deben permanecer refrigeradas.
- Un frigorífico para guardar material (tubos.), muestras y medicación que deban permanecer refrigeradas.
- Un tubo neumático con tres balas para envío de muestras de urgencia.

4) Una salida de evacuación.

Al lado de la sala 4 y separado por un tabique se encuentra una doble puerta con una rampa para la evacuación de los pacientes.

También en dicha rampa se encuentran los contenedores de desechos biológicos, el carro de PCR, la bala de O2 y el aspirador eléctrico.

AUTORES:

- Sofía Navarrete Pérez.
- Paloma Paneque Molina.
- Rafael Infantes Viano.
- Mª Victoria Alcántara Alcalde.

BIBLIOGRAFÍA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Depositario	Firma del Depositario	Nombre del Depositario
Servicio de Laboratorio Jefe de Servicio		Dr. Vidal Perez
Supervisión de Enfermería		D. Rafael Infantes
Sección de trabajo		Sala de Extracciones